



JCSS  
JCSS 0333

総数3頁の1頁目

校正証明書番号 22110202

## 校正証明書

依頼者名 長崎大学病院  
住所 長崎県長崎市坂本1-7-1  
品名 放射線治療用線量計  
製造者名 東洋メディック株式会社  
型式 RAMTEC Duo  
製造番号 408  
校正項目 電荷  
校正方法 微小直流電流による積算方式  
当社「電位計校正作業手順書」による  
校正結果 2頁、3頁のとおり  
校正実施場所 東京都文京区関口1-14-10  
東洋メディック株式会社 関口テストラボ 校正室  
校正年月日 2022年11月7日

校正結果は前項のとおり相違ない事を証明します。

発行年月日 2022年11月8日

発行者 東京都文京区関口1-14-10

東洋メディック株式会社

計量計測部 計量校正課

発行責任者 益永 勉



・この証明書は、計量法第144条（第1項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部分のみを複製して用いることは禁じられています。

・当事業所はISO/IEC 17025：2017 に適合しています。

・この証明書はILAC（国際試験所認定協力機構）及びAPAC（アジア太平洋認定協力機構）のMRA（相互承認）に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。



For All Your Tomorrows

**TOYO MEDIC**