

2019年 12月 19日

診療科長 医局長  
病棟医長 外来医長  
中央診療施設副部長 殿  
看護部長 看護師長  
事務部長

検査部 一般検査室

## 検査部回報No. 61

### 便ヘモグロビン検査 測定機器更新のお知らせ


#### 記

便ヘモグロビン検査の測定機器を更新します。  
更新に伴う測定試薬の変更および基準範囲の変更はありません。

運用開始日：2019年12月23日(月)  
16:00以降受付分から

(変更前) 便潜血測定装置  
OC センサー DIANA  
栄研化学株式会社

(変更後) 便潜血測定装置  
OC センサー PLEDIA  
栄研化学株式会社



回帰直線  $y = 0.8938x + 0.7645$   
相関係数  $R = 0.9893$

新機器と現行機器の相関は、良好であることを確認した。

上記についてのお問い合わせは、一般検査室（内線7557）へお願い致します。