

2017年7月25日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 サテライト検査室

検査部回報No. 14

外注項目「セルロプラスミン」の検査報告 についてのお知らせ

試薬メーカーより、セルロプラスミンの測定に使用している標準血清の表示値におきまして、一部ロットで標準品との間に値の乖離があることが判明したとの連絡がありましたのでお知らせします。

記

対象項目： セルロプラスミン

新しい表示値での報告日

2017年8月1日（火） 依頼分より

詳しい内容については外注委託先の「SRL NEWS」、試薬販売先であるSIEMENS社の「お知らせ」をご確認ください。

上記についてのお問い合わせは、サテライト検査室（内線7409）へお願い致します。