

平成31年3月4日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 外注検査作業室

検査部回報No. 12

外注検査内容変更のお知らせ

下記項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。

記

変更項目：HTLV-1抗体/WB（血清・髄液）

変更箇所	現	新
項目名	HTLV-1 抗体/WB	HTLV-1 抗体/LIA
測定原理	ウエスタンブロット法	ラインブロット法
報告範囲 (報告形式)	判定：(-) (+) 判定保留 GP.46/P.53/P.24/P.19：(-) (+)	判定：陰性 陽性 判定保留 p.19/p.24/gp.46/gp.21：(-) (±) (+)
基準値	(-)	陰性

参考：現行 WB 法と新法との一致率

		現行(WB法)			合計
		陽性	保留	陰性	
新 (LIA法)	陽性	28	13	1	42
	保留	0	3	9	12
	陰性	0	4	20	24
合計		28	20	30	78

陽性一致率 100.0%
陰性一致率 66.7%
判定一致率 61.5%

自社検討資料

出典：BML Information No.2018-46

開始日：2019年3月29日（金）14時以降受付分より

変更項目：・TSHレセプター抗体定量（TRAb 定量）
・CA72-4

	変更箇所	現	新
TRAb 定量	報告下限	0.3 IU/mL 未満	0.8 IU/mL 未満
CA72-4		0.3 U/mL 未満	1.5 U/mL 未満

開始日：2019年3月29日（金）14時以降受付分より

上記についてのお問い合わせは、外注検査作業室（内線7254）までお願い致します。