

人工呼吸器

2024年4月25日現在

No.	項目	質問	回答	追加・修正日
1		人工呼吸器の種類を教えてください。	① Servo-i (フクダ電子: 4台) ① Servo-u (フクダ電子: 23台) ① Servo-n (フクダ電子: 1台) ① PB980 (日本コヴィディエン: 9台) ② HAMILTON G5・C6 (ハミルトンメディカル: 5台) ② ハミングVue (株式会社メラン: 1台) ② Babylog VN500 (ドレーゲル: 7台) ② Evita V300 (ドレーゲル: 5台) ② Evita Infinity V500 (ドレーゲル: 1台) ② Infant Flow SiPAP (エア・ウォーター: 5台) ② V60ベンチレータAT+ (PHILIPS: 1台) ② Monnal T60 (Monnal: 9台) ② HAMILTON MRI (ハミルトンメディカル: 1台) ② RTX (IMI: 1台) ② NKV-330 (日本光電: 5台) ② CNO (イワキ: 3台)	2024年4月10日 修正
2	人工呼吸器	人工呼吸器のメンテナンス状況を教えてください。	①の機器: ● <b>スタッフメンテナンス</b> : 患者使用中の機器は1日1回、使用中点検を行っています。各患者の使用後に終業点検を行っています。 年に1回定期点検(定期部品交換含む)を行っています。 全ての点検の記録(使用中点検・終業点検・定期点検・部品交換)はシステムで管理し、ME機器センターで保管しています。  ● <b>業者メンテナンス</b> : 不具合事象がある場合に依頼しています。記録はME機器センターで保管しています。  ②の機器: ● <b>スタッフメンテナンス</b> : 患者使用中の機器は1日1回、使用中点検を行っています。各患者の使用後に終業点検を行っています。使用中もシステムで管理しています。 全ての点検の記録(使用中点検・終業点検・外部業者による定期点検・修理・部品交換)はシステムで管理し、ME機器センターで保管しています。  ● <b>業者メンテナンス</b> : 年に1回定期点検(定期部品交換含む)を行っています。不具合事象がある場合に依頼しています。記録はME機器センターで保管しています。	2024年4月10日 修正