

2025年10月27日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 微生物検査室

検査部回報 2025-No.35

新型コロナウイルス抗原検査キット変更のお知らせ

このたび、新型コロナウイルス抗原検査キットを下記の通り変更いたします。これにより、インフルエンザおよび新型コロナの抗原検査を同一メーカーキットで実施できます。

両検査を同時にオーダーされた場合は、1本の綿棒で検査が可能となりますので、
同時にオーダーする際は、綿棒1本で採取してください。

なお、以下の検証結果のとおり、変更後のキットは良好な成績を示しました。

変更日：2025年11月10日（月）

	試薬名	メーカー
変更品	富士ドライケム IMMUNO AGカートリッジ COVID-19	富士フィルム
現行品	クイックナビCOVID19Ag	デンカ株式会社

検証結果（鼻咽頭検体 50件）

		富士ドライケムCOVID-19 AG	
		陽性	陰性
クイックナビ COVID-19 AG	陽性	8	0
	陰性	0	42

*今回の変更に伴い、ISO 15189 フレキシブルな認定における検査部門 活動リストも更新されます。
インターネット検査部ホームページを参照ください。

本件に関するお問い合わせは、検査部 微生物検査室（内線 7413）までお願い致します。