

2026年7月27日

診療科長 医 局 長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長 殿
看護部長 看護師長
事務部長

検査部 微生物検査室

検査部回報 2026-No.26

クロストリジオイデス・ディフィシル（CD）トキシン 遺伝子検査の運用開始について

このたび、クロストリジオイデス・ディフィシル（Clostridioides difficile：CD）感染症の診断補助を目的として、GeneXpertシステムを用いたC. difficileトキシン遺伝子検査の運用を開始いたします。本検査では、糞便検体中のC. difficileトキシン遺伝子（tcdB遺伝子）をリアルタイムPCR法により検出します。なお、検査結果は、患者の臨床症状や他の検査結果と併せて総合的にご判断ください。

抗原検査とは保険適用の要件が異なりますので、必ずオーダー画面で算定要件をご確認ください。

記

開 始 日：2026年8月1日

検査項目	ディフィシルトキシン遺伝子検査
使用機器	GeneXpert システム
使用試薬	Xpert C. difficile
検査法	リアルタイムPCR 法
検体/採取容器	糞便 / シードチューブ
結果報告	「+」，「-」，「判定不能」
検査所要時間	約 1 時間

オーダー方法

「検査部【中央採血室】」→「1. 通常検査」→「微生物抗原・遺伝子検査」

* 今回の変更に伴い、ISO 15189 フレキシブルな認定における検査部門 活動リストも更新されます。イントラネット検査部ホームページを参照ください。

本件に関するお問い合わせは、検査部 微生物検査室（内線 7413）までお願い致します。