

2026年8月20日

診療科長 医局長
病棟医長 外来医長
中央診療施設副部長
看護部長 看護師長
事務部長

殿

検査部長 柳原克紀

検査部回報 2026-No.29

グリコアルブミンの誤報告について

日頃より臨床検査業務へのご協力ありがとうございます。

このたび、グリコアルブミン(GA)の検査結果に誤報告が含まれていたことが判明致しました。

本件についてお知らせするとともに、関係者のみなさまに深くお詫び申し上げます。

グリコアルブミンは以下の計算式により、GA(%)を報告しております。

$$GA(\%) = \{ (\text{グリコアルブミン濃度} / \text{アルブミン濃度}) / 1.14 \times 100 \} + 2.9$$

2020年1月機器更新した際に、グリコアルブミン濃度の測定下限値を本来0.031(g/dL)と設定すべきところ、0.51(g/dL)と設定しておりました。

これにより、グリコアルブミン濃度が0.51以下の場合は、全て0.51としてGA(%)が計算され、**グリコアルブミン低値の患者さんにおいて結果が偽高値**となっておりました。

2026年8月12日報告分からは、設定を修正し適切な検査結果を報告しております。

このたびは、みなさまには多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

今後、このような誤りがないよう再発防止に努めてまいります。

上記についてのお問い合わせは、検査部 サテライト検査室（内線7409）までお願いいたします。