

お客様名 国立大学法人長崎大学病院

御中

お客様番号 760

機器名 BENE0_Fx3 1T2P (立臥位システム一式)

設置場所 一般撮影室2

機器S/N MP95AD0F1001

機器管理番号 5774202

設置日 2025年 02月 10日

受付月日				富士フイルムメディカル（株）長崎サービスセンター
作業開始	2025年 07月 24日 14時 00分			〒850-0042
作業終了	2025年 07月 24日 18時 00分			長崎県長崎市御船蔵町2-3 長崎駅前電気ビル2F
作業時間	90 分	作業人数	3 人	Tel. 0570-02-7007 Fax. 095-824-9520
作業実施者				山腰倫英
お客様要請内容				処置、結果
無償半年点検の実施				無償半年点検を実施し正常に動作することを確認出来ました。 ※筐体清掃、エラーログチェック、mAキャリブレーション、懸垂器の垂れの調整、PIN登録位置の確認、オートポジショニングの動作確認を実施しております。 ※ショット数 小焦点：7352 大焦点：4027

[illegible]

		お客様承認 中田 朋子	
特記事項			
ログ収集による 個人情報管理票提出	→ 該当なし	メディア記録確認 安全機構配線確認 マンモ画像確認	→ 該当なし
画像調整後の 説明について		→ 該当なし	消毒実施状況 → 該当なし