No. 01978803

作業報告書

ASSISTA

お客様名 国立大学法人長崎大学病院 御中

お客様番号 760

機器名 BENEO_Fx3_1T2P (立臥位システム一式)

設置場所 一般撮影室6

機器S/N MP95ADOF1007 機器管理番号 5774208

設置日 2025年 02月 20日

受付月日			
作業開始	2025年 07月 24日 14時 00分		
作業終了	2025年 07月 24日 18時 00分		
作業時間	90 分	作業人数	1 人

富士フイルムメディカル（株）長崎サービスセンター
〒850-0042
長崎県長崎市御船蔵町2-3 長崎駅前電気ビル2F
Tel. 0570-02-7007 Fax. 095-824-9520
作業実施者 山腰倫英

お客様要請内容	処置、結果
無償半年点検の実施	無償半年点検を実施し正常に動作することを確認出来ました。 ※筐体清掃、エラーログチェック、mAキャリブレーション、懸垂器の垂れの調整、PIN登録位置の確認、オートポジショニングの動作確認を実施しております。 ※ショット数 小焦点：5096 大焦点：5566

ご 請 求 金 額

品 名	部品番号 シリアル番号	個数	単価（円）	金額（円）	旧品名 シリアル番号

※修理代には消費税は含まれておりません。 合 計 円

無償保証内で対応させていただきます。	お客様承認 中田 朋子

特記事項

ログ収集による 個人情報管理票提出 → 該当なし	メディア記録確認 安全機構配線確認 マンモ画像確認 → 該当なし	画像調整後の 説明について → 該当なし	消毒実施状況 → 該当なし

FUJIFILM 富士フイルムメディカル株式会社

修理業者：富士フイルムメディカル株式会社 東京都港区西麻布二丁目26番30号