


01/Dec/2023 Kayoko Sato

1/29. 温度逸脱あり。
冷蔵庫で管理している治療薬については、
モニター様の連絡、対応済。

2023-12-01 10:42:59



表示範囲 2023-10-31 19:01:00 - 2023-12-01 09:47:00
計算範囲 2023-10-31 19:01:00 - 2023-12-01 09:47:00

No.	チャンネル名	記録間隔	データ数	単位	最大値	最小値	平均値
No.1	3	15 min.	2940	°C	5.9	1.8	4.0