

# 遠心機定期自主点検表



機材管理番号	M17050000000030.000	点検 年月日	2024/12/6
機材の名称	テーブルトップ冷却遠心機⑥	点検者	海端 亜季
設置場所	免疫血清検査室	型式・製造番号	2800・T74385

	点検項目	合格基準	判定
遠心機本体	回転軸	回転軸に傷や変形がない。	合格
	回転軸の軸受け部	異常音が聞こえない。	合格
	ドアロック	ドアフックは正常に掛かかり、運転中に蓋が開かない。	合格
	ドアの取り付けねじ	ドアの取り付けねじは緩んでいない。	合格
	ブレーキ	回転を停止させるとき、自然減速と比べて早く減速する。	合格
	外枠	遠心機の外枠にねじの緩み、ガタツキがない。	合格
	本体	運転中に異常音や異常振動がない。	合格
回転体	ロータ室内	ロータ室（チャンバ）内に異物や、水が溜まっていない。	合格
	ローターの固定	ロータのつまみやナットの変形、劣化がなく、締め付けが十分。	合格
	傷、亀裂、さび、変形、腐食	ロータの表面、チューブ穴、バケットの底面などに、亀裂、変形、腐食等がない。	合格
	バケット	スイングロータのバケットの降り上がりは滑らかである。	合格

	総合判定	補修要 ・ <u>補修不要</u>
備考		

※実施者が作成→主任が確認→各検査室で保管

