

機材校正記録表

機材管理番号	D-011
機材名称	温度計（超低温フリーザー用）

実施年月日	実施内容および結果	合否	有効期限	実施者	主任確認
2020年6月4日	施設外校正済み温度計にて -76.38℃、表示温度-77.20℃	合格	2021年6月3日	島本 2020.06.04 佳奈	白井 '20.06.08 哲也
2021年6月2日	施設外校正済み温度計にて -75.42℃、表示温度-76.34℃	合格	2022年6月1日	高田 2021.06.02 侑実	白井 '21.06.11 哲也
2022年5月30日	施設外校正済み温度計にて -77.22℃、表示温度-78.20℃	合格	2023年5月29日	高田 2022.05.30 侑実	白井 '22.05.30 哲也
2023年5月29日	施設外校正済み温度計にて -77.64℃、表示温度-78.50℃	合格	2024年5月28日	高田 2023.05.29 侑実	白井 2023.05.29 哲也

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管
1/1