

機材校正記録表

機材管理番号	D-011
機材名称	温度計（超低温フリーザー用）

実施年月日	実施内容および結果	合格	有効期限	実施者	主任確認
2020年6月4日	施設外校正済み温度計にて -76.38℃、表示温度-77.20℃	合格	2021年6月3日		
2021年6月2日	施設外校正済み温度計にて -75.42℃、表示温度-76.34℃	合格	2022年6月1日		
2022年5月30日	施設外校正済み温度計にて -77.22℃、表示温度-78.20℃	合格	2023年5月29日		
2023年5月29日	施設外校正済み温度計にて -77.64℃、表示温度-78.50℃	合格	2024年5月28日		
2024年5月28日	施設外校正済み温度計にて -77.53℃、表示温度-78.40℃	合格	2025年5月27日		

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管
1/1