

機材校正記録表

機材管理番号	D-001							
機材名称	温度計(検体保存冷蔵庫用)							

実施年月日	校正実施施設	実施内容および結果	※自施設校正の場合 校正に用いた 標準機材 (機材管理番号)	合否	有効期限	実施者	※施設外校正の場合 校正時における校正施設の ISO/IEC 17025取得の有無	主任確認
2025年8月12日	☒ 自施設 ☐ 施設外	表示温度5℃ 標準温度計5.48℃	A-009	合格	2026年8月11日			
2026年8月7日	☒ 自施設 ☐ 施設外	表示温度6℃ 標準温度計6.57℃	A-009	合格	2027年8月6日			
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							
	☐ 自施設 ☐ 施設外							

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管