

機材校正記録表

機材管理番号	D-003
機材名称	温度計(バイオメディカルフリーザー用)

実施年月日	実施内容および結果	合否	有効期限	実施者	主任確認
2020年8月19日	表示温度-44℃ 標準温度計-43.20℃	合格	2021年8月18日	島本 2020.08.19 佳奈	臼井 '20.08.20 哲也
2021年8月16日	表示温度-44℃ 標準温度計-44.06℃	合格	2022年8月15日	高田 2021.08.16 侑実	臼井 '21.08.17 哲也
2022年8月15日	表示温度-38℃ 標準温度計-38.19℃	合格	2023年8月14日	高田 2022.08.15 侑実	臼井 '22.08.15 哲也
2023年8月14日	表示温度-42℃ 標準温度計-42.98℃	合格	2024年8月13日	高田 2023.08.14 侑実	臼井 2023.08.14 哲也
2024年8月13日	表示温度-43℃ 標準温度計-42.87℃	合格	2025年8月12日	海端 '24.08.13 亜季	臼井 2024.08.13 哲也
2025年8月12日	表示温度-45℃ 標準温度計-44.18℃	合格	2026年8月11日	海端 2025.08.12 悟	臼井 2025.08.12 哲也

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管