## 機材校正記録表

機材管理番号	D-013
機材名称	温度計(バイオメディカルフリーザー用)

実施年月日	実施内容および結果	合否	有効期限	実施者	主任確認
2025年9月9日	表示温度-39℃ 標準温度計-39.76℃	合格	2026年9月8日	海端 2025.09.09 悟	日井 2025.09.09 哲也