

校正証明書

顧客名 国立大学法人 長崎大学病院

大阪市此花区高津4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名 : 温度 ワイヤレスデータロガー 型式 : RTR502B

製造番号 : 52827525 製造者 : 株式会社ティアンドデイ

校正日 : 2023年6月28日 管理番号 : KFS23-2960

顧客管理番号:

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
温度計校正装置(JCSS校正) PTC-125C	AMETEK DENMARK 669291-00300	MRI1029 2023年7月25日

試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

品名	温度 ワイヤレスデータロガー	型式	RTR502B
製造番号	52827525	製造者	株式会社ティアンドデイ
校正日	2023年6月28日	管理番号	KFS23-2960
環境温度	25℃	校正者	元原 茂雄
調整	あり <input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/>		

確認者
小村

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
 校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
温度計校正装置(JCSS校正) PTC-125C	AMETEK DENMARK 669291-00300	MRI1029 2023年7月25日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度] 25.0℃	24.7℃ ~ 25.3℃	25.2℃	良
*総合判定			良

[備考]

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
 アズワン株式会社
 サービス営業部
 フィールドサービスグループ

