校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　長崎大学病院

品名	：温度 ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR502BL
製造番号	：52827522	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年1月26日	管理番号	：AKFS25-7780
顧客管理番号：⑯			

確認者
石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温度計校正装置（JCSS校正）	FLUKE	MRI-TE1020
9142	C1C535	2026年4月24日

Ver.3.0

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：温度 ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR502BL
製造番号	：52827522	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年1月26日	管理番号	：AKFS25-7780
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	：　あり ／ なし		

確認者
石川

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温度計校正装置（JCSS校正）	FLUKE	MRI-TE1020
9142	C1C535	2026年4月24日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
5.0℃	4.7℃ ～ 5.3℃	5.2℃	良
***総合判定**			良

[備　考]
電池交換実施済み

Ver.3.0

アズワン株式会社