

機材校正記録表

機材管理番号	D-001
機材名称	温度計(検体保存冷蔵庫用)

実施年月日	実施内容および結果	合否	有効期限	実施者	主任確認
2020年8月19日	表示温度5℃ 標準温度計5.79℃	合格	2021年8月18日		
2021年8月16日	表示温度3℃ 標準温度計3.10℃	合格	2022年8月15日		
2022年8月15日	表示温度4℃ 標準温度計4.21℃	合格	2023年8月14日		
2023年8月14日	表示温度4℃ 標準温度計4.96℃	合格	2024年8月13日		

※校正を実施都度、校正実施者が記入→主任確認→各検査室で保管